

新製品

terucom

新型酸素濃縮器 H23型

2024年1月発売予定



動物用ICUの酸素源として
最大14L、50%O₂の酸素を発生



動物用麻酔器の酸素源として
酸素濃度10%刻みで設定可能 (30~90%O₂)



安心・安全

IOT機能、通信による性能確認が可能
(弊社側で酸素濃度をモニタリングし、器械状態を把握できる機能です。)



軽量・静音設計

約17kg、40dB(A)

仕様

サイズ	365mm (幅) × 312mm (奥行) × 580mm (高さ)
重量	約17kg
基本性能	最大13L/min (50Hz) ・ 最大14L/min (60Hz) ・ 50±3%O ₂
消費電力	300W (50Hz) ・ 330W (60Hz)
安全規格	・PSE認証 (電気用品安全法) ・電磁両立性 JIS T 0601-1-2

安心・安全・ハイクオリティな
国産製品です

テルコム株式会社

〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-27-20

TEL

045-947-2903

WEB

<https://www.terucom.co.jp/>

